

CERRAHİ EL ALETLERİ SETİ (ACİL SERVİS)

Cerrahi Set İçeri		
Malzeme Adı	Miktarı	Birim
CERRAHİ MAKAS DÜZ	20	Adet
CERRAHİ MAKAS EĞRİ	20	Adet
BANDAJ MAKASI	2	Adet
PARMAK YÜZÜK KESİCİ	3	Adet
PENSET DİŞSİZ	20	Adet
PENSET DİŞLİ	20	Adet
DİŞLİ DOKU PENSETİ 18 CM	20	Adet
MİKRO FORSEPS DÜZ UCU DELİKLİ	5	Adet
DİSEKSİYON PENSETİ	6	Adet
MİCRO MOSKİTO	10	Adet
CRİLE ARTER FORSEPSİ EĞRİ	10	Adet
HEGAR MAYO PORTEGÜ	20	Adet
CRİLE WOOD PORTEGÜ	20	Adet
HEGAR-MAYO PORTEGÜ 185MM	20	Adet
CERRAHİ MAKAS EĞRİ	20	Adet
CERRAHİ KÜRET DÜZ	20	Adet
KEMİK KÜRET	2	Adet

Hayat GALIŞKAN
Y. Acil Serv.



Uzm. Dr. Osman TAŞ
Van Bölge Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Acil Tıp Uzmanı
Dip. Tez. No: 156260

Emine ÇİN
Ç. Acil Serv.



VEİN STRİPER REUSABLE (VARİS TELİ) ŞARTNAMESİ

- * Ürün steril olarak saklanabilmesi için kendi özel çelik kutusu içerisinde olacaktır.
- * Değişik çaplarda 3 adet çekirdeği olacaktır.
- * 1 adet kırmızı başlıklı yön belirtici çekirdeği olacaktır.
- * Varis telinin uzunluğu standart ölçülerde olacaktır.
- * Kutu içerisinde tüm malzemelerin yerleşimini yapmak için yerler olacaktır.
- * Kutunun hava alması için üzerinde açılıp kapanabilen hava delikleri olacaktır.

Van Bölge Eğt. ve Araş. Hast.
Op.Dr.Yaşar **MELİKE KUTLU**
Dip.Tes.No:66595

S.B.Ü. Van Eğt. ve Araş. Hast.
Op. Dr. Canan **KANAKAYA**
Kalp ve Damar Cerrahisi
Dip.Tes.No: 137555

Van Bölge Eğt. ve Araş. Hast.
Opr.Dr.Hüseyin **HELVACI**
Dip.Tes.No: 85279
KVC Uzmanı

SBÜ Van Eğt. ve Araş. Hast.
Op.Dr.Murat **SEZGİN**
Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı
Dip.Tes.No:140293

Tarih: 19.03.2020

VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NE
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına

Teknik Rapor

İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan “17 Kalem Cerrahi El Aleti alım İşi”ne ait piyasa fiyat araştırması yapılırken sıra no-1: **Ultra Semi Rigit Üreteronoskop seti ve iki adet yabancı cisim Forsepsi ve 1 adet Biyopsi Forsepsi'nin teknik şartnamesinin aşağıdaki maddelerine Medikasis sağlık ürünleri paz. San.tic. ltd. şti. Firması** tarafından verilen itiraz dilekçesi, tarafımızca değerlendirilmiş olup; Teknik Şartnamede **uygun görülen değişiklikler aşağıya alınmıştır.**

Ultra Semi Rigit Üreteronoskop seti

Madde-7

Eski Hal: Aspirasyon –irrigasyon muslukları plastik olmalı ve iyi sterilizasyon yapılabilmesi için pratik bir şekilde sökölüp takılabilmelidir.

Yeni Hal: Aspirasyon –irrigasyon muslukları plastik **veya daha dayanıklı olması açısından metal olmalı** ve iyi sterilizasyon yapılabilmesi için pratik bir şekilde sökölüp takılabilmelidir. **Şeklinde değiştirilmiştir.**

Madde-11

Eski Hal: Irrigasyon ve enstrüman kanalı 3.15x3,15 Fr çapında olmalıdır.

Yeni Hal: Irrigasyon ve enstrüman kanalı **minimum** 3.15x3,15 Fr çapında olmalıdır.

Şeklinde değiştirilmiştir.

SBÜ Van Bölge Eğt. ve Araşt. Hast.
Op.Dr. Halil TOSUN
Çocuk Üroloji Uzmanı
Dip. Tes.No: 137453

Van SBÜ Eğitim ve Araştırma Hast.
Doç. Dr. M. Mustafa YANĞAÇ
Çocuk Üroloji Uzmanı
Dip No: 2006-037
Tescil No: 127638

2 ADET YABANCI CİSİM FORSEPSİ

Madde-2

Eski Hal: Çalışma uzunluğu 530 mm olmalıdır.

Yeni Hal: Çalışma uzunluğu **en az** 530 mm olmalıdır.

Şeklinde değiştirilmiştir.

1 ADET BİYOPSİ FORSEPSİ

Madde-2

Eski Hal: Çalışma uzunluğu 530 mm olmalıdır.

Yeni Hal: Çalışma uzunluğu **en az** 530 mm olmalıdır.

Şeklinde değiştirilmiştir.

SPÜ Van Bölge Eğt. ve Araşt. Hast.
Op.Dr. Halil TOSUN
Çocuk Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 137453

Van SBÜ Eğitim ve Araştırma Hast.
Doç. Dr. M. Mustafa UTANGAÇ
Çocuk İktisadi Uzmanı
Dip. No: 2006-037
Tescil No: 127638