

## ASPIRASYON KANİSTERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1-Kanister buhar otoklavına girdiğinde yazıların silinmemesi ve çıkmaması gerekmektedir.
- 2-Kanister, kırışmaya dirençli 121 °C de steril edilmeye uygun polikarbonat plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
- 3-Kanister üzerinde açma kapama (on-off) valfi bulunmalıdır.
4. Yoğun bakım ve servislerde duvara veya mevcut bulunan panellere montaj yapılabilir, tek kanisterli sistem olarak uygulanabilir olmalıdır.
5. montaj malzemeleri krom, nikel veya paslanmaz çelik malzemeden olmalıdır.
- 6.Hastenede kurulu bulunan sisteme uyumlu olmalıdır.

YYU Dursun Odabaş Tıp Merkezi  
Uzm. Dr. Hüseyin Arıkan  
Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım  
Dip. Tes. No: 145121

Prof. Dr. Ramazan ESEN  
YYU Dursun Odabaş Tıp Merkezi  
Başhekim Yrd.