

HELİKAL BASKET KATATER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Basket nitinol'den yapılmış olmalıdır.
2. Basket katater dış shaftı polymid materyal ile kaplı plastikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Basket telleri şekil hafızasına sahip olmalıdır.
4. Basket katater 4 telli, helical yapıda olmalıdır.
5. Basket katater tek elle manuple edilebilme kolaylığı sağlayan handle sahip
6. olmalıdır.
7. Renk Kodu mavi olmalıdır.
8. Basket katater istenildiğinde handle kısmından ayrılabilmeli ve tekrar takılarak kullanılabilmelidir.
9. Basket katater 3 Fr , 4 Fr veya 5 Fr ölçülerine sahip olmalıdır.
10. Basket katater uzunlukları 70 cm -90 cm veya 120 cm uzunluklarında olmalıdır.
11. Basket katater steril blister ambalaj içinde sunulmalıdır.
12. Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.
13. Ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilebilmesi için Teklif veren firmalar 1 adet numune ve orijinal kataloglarını vermelidir.
14. İştirakçi firmalar teknik şartnameye birebir uygunluk beyanı verecek, teknik şartname hükümlerini karşıladıklarını ve yanlış beyanda bulunmaları halinde oluşacak tüm tıbbi ve hukuki sorumluluklarını ve uygulanacak cezai yaptırımları peşinen kabul ettiklerine dair taahhütname vereceklerdir. Taahhütname vermeyen veya yanıltıcı bilgi veren firmalar KİK 17. maddesine göre değerlendirme dışı bırakılacaktır.
15. 3 gün içerisinde Numune verilecektir.
16. Numune vermeyen firmaların teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır.
17. TİTUBB(Türkiye ilaç ve tıbbi cihaz ulusal bilgi bankası) UBB (Ulusal Bilgi Bankası) Barkot kodları Sut ve Sut alan kodlarından kaynaklanan zararlar ve kesintiler yüklenici firmaya aittir.
18. Satın alınan ürünlerin Titubb ekranında bayilik ve EC ,CFE sertifikalarının Süreleri, İhale Süresinden kısa olmamalıdır.

Yrd. Doç. Dr. Recep ERYILMAZ
Y.Y.Ü. Dursun Odabası Tıp Merkezi
Dip. Tes. No: 116170
Üroloji A.B.D.

Doç. Dr. Kerem TAKEN
Y.Y.Ü. Dursun Odabası Tıp Merkezi
Dip. Tes. No: 120486
Üroloji A.B.D.

Dr. Öğr. Üyesi Kasım ERTAŞ
Dip. Tes. No: 121475
Y.Y.Ü. Dursun Odabası Tıp Merkezi
Üroloji A.B.D.

PEDIATRİK URETERAL STENT SET
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Stent materyali poliüretan olmalıdır.
2. Stent uçları Double-J şeklinde olmalıdır.
3. Stentin bir ucu açık, diğer ucu kapalı olmalıdır.
4. Minimal travma için stentin proksimal ucu yuvarlatılmış olmalıdır.
5. Güvenli yerleşim sağlayabilmek amacıyla Stent üzerinde işaretleme çizgileri bulunmalıdır.
6. Stentin distal ucunda sabitleme süturu olmalıdır.
7. Set içinde 2 adet klemp bulunmalıdır.
8. Set içinde 1 adet itici bulunmalıdır.
9. Set içinde 1 adet bir ucu sert diğer ucu esnek 150 cm uzunluğunda kılavuz tel bulunmalıdır.
10. Stent 4, Fr, çapında 12-14-16-18-20 cm olarak talep edilen boylarda teslim edilebilmelidir.
11. Stent iç çapı verilen kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
12. Steril paketlerde set halinde olmalıdır.
13. Ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilebilmesi için Teklif veren firmalar 1 adet numune ve orijinal kataloglarını vermelidir.
14. İştirakçi firmalar teknik şartnameye birebir uygunluk beyanı verecek, teknik şartname hükümlerini karşıladıklarını ve yanlış beyanda bulunmaları halinde oluşacak tüm tıbbi ve hukuki sorumluluklarını ve uygulanacak cezai yaptırımları peşinen kabul ettiklerine dair taahhütname vereceklerdir. Taahhütname vermeyen veya yanıltıcı bilgi veren firmalar KİK 17. maddesine göre değerlendirme dışı bırakılacaktır.
15. 3 gün içerisinde Numune verilecektir.
16. Numune vermeyen firmaların teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır.
17. TİTUBB(Türkiye ilaç ve tıbbi cihaz ulusal bilgi bankası) UBB (Ulusal Bilgi Bankası) Barkot kodları Sut ve Sut alan kodlarından kaynaklanan zararlar ve kesintiler yüklenici firmaya aittir.
18. Satın alınan ürünlerin Titubb ekranında bayilik ve EC ,CFE sertifikalarının Süreleri, İhale Süresinden kısa olmamalıdır.

Dr. Recep ERVİLMEZ
Y.Y.U. Dursun Özbeki Tıp Merkezi
Dip. Tes. No: 116170
Üroloji A.B.D.

Doç. Dr. Kerem TAKEN
Y.Y.U. Dursun Özbeki Tıp Merkezi
Dip. Tes. No: 120486
Üroloji A.B.D.

Doç. Dr. Kasım ERTAŞ
Y.Y.U. Dursun Özbeki Tıp Merkezi
Dip. Tes. No: 121475
Üroloji A.B.D.

HİDROFİLİK KLAVUZ TEL

1. Kılavuz Tel tüm yüzeyi hidrofilik kaplı nitinolden imal edilmiş olmalıdır.
2. Proksimal ucu stiff distal ucu flexible açılı veya düz uçlu olmalıdır.
3. Kılavuz Tel 150cm uzunluğunda olmalıdır.
4. Kılavuz Tel isteğe göre 0.035'' veya 0.038'' çapında olmalıdır.
5. Siyah renkli olmalıdır
6. 150 cm lik klavuz telin tamamı hidrofilik kaplı olmalıdır
7. Ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilebilmesi için Teklif veren firmalar 1 adet numune ve orijinal kataloglarını vermelidir.
8. İştirakçi firmalar teknik şartnameye birebir uygunluk beyanı verecek, teknik şartname hükümlerini karşıladıklarını ve yanlış beyanda bulunmaları halinde oluşacak tüm tıbbi ve hukuki sorumluluklarını ve uygulanacak cezai yaptırımları peşinen kabul ettiklerine dair taahhütname vereceklerdir. Taahhütname vermeyen veya yanıltıcı bilgi veren firmalar KİK 17. maddesine göre değerlendirme dışı bırakılacaktır.
9. 3 gün içerisinde Numune verilecektir.
10. Numune vermeyen firmaların teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır.
11. TİTUBB(Türkiye ilaç ve tıbbi cihaz ulusal bilgi bankası) UBB (Ulusal Bilgi Bankası) Barkot kodları Sut ve Sut alan kodlarından kaynaklanan zararlar ve kesintiler yüklenici firmaya aittir.
12. Satın alınan ürünlerin Titubb ekranında bayilik ve EC ,CFE sertifikalarının Süreleri, İhale Süresinden kısa olmamalıdır.

Yrd. Doç. Dr. Recep ERYILMAZ
Y.Y.U. Düşün Odası Tıp Merkezi
Dış. Tes. No: 16170
Uroloji A.B.D.

Doç. Dr. Kerem TAKEN
Y.Y.U. Düşün Odası Tıp Merkezi
Dış. Tes. No: 120496
Uroloji A.B.D.

Dr. Öğr. Üyesi Kasım ERTAŞ
Dış. Tes. No: 121475
Y.Y.U. Düşün Odası Tıp Merkezi
Uroloji A.B.D.